

Tabelle der zugewiesenen Werte: Abfall nach der Deponie-VO (Eluat Ionen) - AB18

1. Ausgabe vom 02.10.2026

Tabelle der zugewiesenen Werte

Parameter	Probe	Einheit	zugewiesener $\pm$ U (k=2) Wert	Kriterium	Kriterium [%]
Chlorid	AB18	mg/l	1670 $\pm$ 33.7	83.5	5
elektr. Leitfähigkeit (25°C)	AB18	mS/m	751 $\pm$ 4.32	15	2
Abdampfrückstand	AB18	mg/l	5840 $\pm$ 122	584	10
Fluorid	AB18	mg/l	0.355 $\pm$ 0.0246	0.0675	19
NH ₄ (als N)	AB18	mg/l	0.337 $\pm$ 0.0189	0.0472	14
NO ₂ (als N)	AB18	mg/l	0.248 $\pm$ 0.00825	0.0211	8.5
NO ₃ (als N)	AB18	mg/l	2.7 $\pm$ 0.0881	0.216	8
pH-Wert	AB18		7.02 $\pm$ 0.0466	0.14	2
PO ₄ (als P)	AB18	mg/l	- $\pm$ -	-	-
Sulfat (als SO ₄)	AB18	mg/l	1620 $\pm$ 17.1	81.2	5
TOC (als C)	AB18 TOC	mg/l	23.1 $\pm$ 0.663	1.78	7.7

*Für nachfolgenden Parameter können keine zugewiesenen Werte ermittelt werden (Vergleichsstandardabweichung >50%). Daher sind zur Information der berechnete Mittelwert MW $\pm$ U(k=2) über die Daten der akkreditierten Labore (n) nach Ausreißerbereinigung angeführt. Diese Angabe dient zum Vergleich im Rahmen Ihrer internen QS-Maßnahmen.

PO₄ (als P):

MW (n=16, akkr.) $\pm$ U(k=2): 0.079 $\pm$ 0.0280 mg/l

Legende:

zugewiesener Wert	Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmenden (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
U (k=2)	Erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Kriterium [%]	Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2 signifikante Stellen)